

Weinlabor Guntramsdorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr und nachmittags nach telefonischer Anmeldung
2353 Guntramsdorf, Klingerstraße 3, Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen
Telefon: 02236/53784-15 - Fax: 02236/53784-40 - eMail: othmar.fruehwirth@wienerbecken.rlh.at

Untersuchungsbericht

Herrn
Johann Fruehwirth
KdNr. 16046
Badenerstraße 3
A - 2524 Teesdorf

28.November 2022

Telefon: 02253/81216
Tel. 2: 0676/606 8581 Johann
Fax: detto
eMail: info@fruehwirth.bio; othmar.fruehwirth@wienerb

Probe: PR202200089: RI Riesling Frizzante

Qual.: Unbekannt, Jahrg.:

freies SO ₂ (jodom.) nach Abzug der Reduktone bei Werten kleiner/gleich 15 mg/l freie SO ₂ unbedingt ca. 14 Tage nach Aufschwefeln zur Nachkontrolle!	40 mg/l	FTIR-W Alkohol	10,3 Vol %	FTIR-W Äpfelsäure	2,8 g/l
FTIR-W Dichte	1,0021	FTIR-W Flüchtige Säure	0,38 g/l	FTIR-W Gesamtzucker ber.	22,3 g/l
FTIR-W pH-Wert	3,16	FTIR-W Titrierbare Gesamtsäure	6,5 g/l	FTIR-W Weinsäure	2,5 g/l
Reduktone täuschen freies SO ₂ vor	45 mg/l				

Die richtige Anwendung der Schönungsmittel liegt allein beim Anwender. Bei etwaigen Schäden, die durch eine falsche Anwendung auftreten können, ist das untersuchende Labor in keinem Fall haftbar. Bei Blauschönung unbedingt innerhalb einer Woche Nachprobe durchführen! Ab 0,2 g/hl Kupfersulfatzugabe ist eine Kontrolle des Kupfergehaltes ratsam!

Probe: PR202200089: RI Riesling Frizzante

Johann Frühwirth

Reduktone (wie Ascorbinsäure sowie phenolische Verbindungen - Gerbstoffe, Anthocyane) täuschen durch ihre reduzierende Wirkung bei der jodometrischen Bestimmung freies SO2 in oben genanntem Maße vor.

Untersuchungsgebühr:	Netto €	Ust. (20,0%)	Brutto €
Lokale Analysen:	0,00	0,00	0,00
FTIR-Analysen:	0,00	0,00	0,00
Endbetrag:	0,00	0,00	0,00

Die richtige Anwendung der Schönungsmittel liegt allein beim Anwender. Bei etwaigen Schäden, die durch eine falsche Anwendung auftreten können, ist das untersuchende Labor in keinem Fall haftbar. Bei Blauschönung unbedingt innerhalb einer Woche Nachprobe durchführen! Ab 0,2 g/hl Kupfersulfatzugabe ist eine Kontrolle des Kupfergehaltes ratsam!